

特定生物由来製品
処方箋医薬品

献血ノンスロン® 1500注射用の溶解方法

製品瓶内は陰圧になっています。

①製品瓶、溶解液瓶のプラスチックキャップをはずし、ゴム栓表面を消毒する。



溶解液瓶 製品瓶 (青いキャップ、ハンガーラベル) 溶解移注針



保護キャップ

移注針の包装に注意喚起のシールを貼付しています。

②溶解移注針の保護キャップのついている側を上にし、針を溶解液瓶のゴム栓にまっすぐ垂直に深く差し込む。

溶解移注針は保護キャップがついている側を上

保護キャップ

溶解移注針

必ず溶解液瓶に先に差し込む

製品瓶に先に刺し込むと陰圧が破壊され、溶解液がうまく移行しなくなる。

溶解液瓶

③溶解移注針の保護キャップをはずし、溶解液瓶を移注針ごと逆さにし、製品瓶のゴム栓にまっすぐ垂直に深く差し込む(溶解液が製品瓶内に移行する)。



上: 溶解液瓶

下: 製品瓶

④溶解液の移行が終了したら、溶解移注針を持って溶解液瓶と一緒に引き抜く。

溶解移注針は再使用しないこと



⑤製品瓶を泡だてないようにゆるやかに振り動かして、完全に溶解する。



【参考】

輸液セットを用いる場合の注意
導入針(瓶針)はゴム栓の中心部に、溶解液注入時の穴を避けて、まっすぐに刺すこと。



注) 瓶は倒さないこと
(溶解液の移行中に瓶が倒れると溶解液が移行しなくなります)

「効能・効果」「用法・用量」「使用上の注意」等については、添付文書をご参照ください。

NON18-5-1(HM)8G3F